

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD)

1. IDENTIFICAÇÃO DO SETOR REQUISITANTE E RESPONSÁVEL

Setor requisitante: Setor Fisioterapia – Berçário

Responsável pela demanda: Rubidia Maria Imbiriba Lima de Lima

Função: SEMSA-GUHO-PSM - Gerência de Unidade Hospitalar Obstetrícia.

2. OBJETO

Aquisição de Kits CPAP Nasal para o Berçário Neonatal do Hospital Municipal de Santarém (HMS).

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DA SOLUÇÃO, CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, SE FOR O CASO

A Secretária Municipal de saúde visando a melhoria dos serviços de saúde do setor do berçário unidade neonatal, haja vista que esses materiais não possuímos em nossa unidade e setor berçário do Hospital municipal de Santarém, e são equipamentos indispensáveis no processo de transição entre ventilação mecânica invasiva e ventilação espontânea, contribuindo para o desmame da ventilação mecânica. Utilizando em neonatologia e pediatria para oferecer suporte ventilatório para pacientes com suporte ventilatório. Permite a ventilação do fluxo aéreo permanente, mantendo as vias aéreas respiratórias abertas, permitindo assim uma melhor distribuição do gás nas unidades alveolares. Pacientes com dificuldades respiratórias moderadas, pacientes prematuros do imaturidade pulmonar, atelectasia e períodos de apneia e bradicardia nos resultados.

4. DESCRIÇÕES E QUANTIDADES

Item	Especificação	Ref.	Quant.
1	Kit de circuito CPAP nasal infantil- Tamanho 00 < 700g Kit completo para administração de fluxo contínuo de ar através de ventilação mecânica não invasiva. Em silicone, flexível, macia, transparente, anatômica, curva, adaptável em circuito de cpap nasal. Com abertura frontal para encaixe a interface de via de inspiração e expiração. Compatível com ventilador pulmonar microprocessado adulto/pediátrico/neonatal da marca LEISTUNG modelo: LUFT 5 número de série:90192010 O Kit deve ter os seguintes itens abaixo: - kit completo -pronga 100% silicone - unidades de Protetor de Septo - prongas 00 -cubos de espuma -conexões universais -conexão para selo d'água -produto 100% nacional -livre de látex -traqueia 120 cm p/ umidificador aquecido - conector em cotovelo para conexão da traqueia do ramo inspiratório - conector com cotovelo duplo, para conexão da traqueia do ramo expiratório e da linha de pressão - touca em malha	kit	40
2	Kit de circuito CPAP nasal infantil- Tamanho Cânula 0 700 a 1000g	kit	40



	Kit completo para administração de fluxo contínuo de ar através de ventilação mecânica não invasiva. Em silicone, flexível, macia, transparente, anatômica, curva, adaptável em circuito de cpap nasal. Com abertura frontal para encaixe a interface de via de inspiração e expiração. Compatível com ventilador pulmonar microprocessado adulto/pediátrico/neonatal da marca LEISTUNG modelo: LUFT 5 número de série:90192010 O Kit deve ter os seguintes itens abaixo: kit completo -pronga 100% silicone - unidades de Protetor de Septo - tamanhos de prongas 0 -cubos de espuma -conexões universais -conexão para selo d'água -produto 100% nacional -livre de látex -traqueia 120 cm p/ umidificador aquecido - conector em cotovelo para conexão da traqueia do ramo inspiratório - conector com cotovelo duplo, para conexão da traqueia do ramo expiratório e da linha de pressão - touca em malha		
3	Kit de circuito CPAP Nasal infantil- Tamanho Cânula 01 1000 a 1250g Kit completo para administração de fluxo contínuo de ar através de ventilação mecânica não invasiva. Em silicone, flexível, macia, transparente, anatômica, curva, adaptável em circuito de cpap nasal. Com abertura frontal para encaixe a interface de via de inspiração e expiração. Compatível com ventilador pulmonar microprocessado adulto/pediátrico/neonatal da marca LEISTUNG modelo: LUFT 5 número de série:90192010 O Kit deve ter os seguintes itens abaixo: kit completo - pronga 100% silicone - unidades de Protetor de Septo - tamanhos de prongas 01 - cubos de espuma -conexões universais -conexão para selo d'água -produto 100% nacional -livre de látex -traqueia 120 cm p/ umidificador aquecido - conector em cotovelo para conexão da traqueia do ramo inspiratório - conector com cotovelo duplo, para conexão da traqueia do ramo expiratório e da linha de pressão - touca em malha	kit	20
4	Kit de circuito CPAP nasal infantil- Tamanho Cânula 02 1250 a 2000g Kit completo para administração de fluxo contínuo de ar através de ventilação mecânica não invasiva. Em silicone, flexível, macia, transparente, anatômica, curva, adaptável em circuito de cpap nasal. Com abertura frontal para encaixe a interface de via de inspiração e expiração. Compatível com ventilador pulmonar microprocessado adulto/pediátrico/neonatal da marca LEISTUNG modelo: LUFT 5 número de série:90192010 O Kit deve ter os seguintes itens abaixo: kit completo -pronga 100% silicone - unidades de Protetor de Septo - tamanhos de prongas 02 -cubos de espuma	kit	20

	-conexões universais -conexão para selo d'água -produto 100% nacional -livre de látex -traqueia 120 cm p/ umidificador aquecido -conector em cotovelo para conexão da traqueia do ramo inspiratório -conector com cotovelo duplo, para conexão da traqueia do ramo expiratório e da linha de pressão -touca em malha		
5	Kit de circuito CPAP nasal infantil- Tamanho Cânula 03 2000 a 3000g Kit completo para administração de fluxo contínuo de ar através de ventilação mecânica não invasiva. Em silicone, flexível, macia, transparente, anatômica, curva, adaptável em circuito de cpap nasal. Com abertura frontal para encaixe a interface de via de inspiração e expiração. Compatível com ventilador pulmonar microprocessado adulto/pediátrico/neonatal da marca LEISTUNG modelo: LUFT 5 número de série:90192010 O Kit deve ter os seguintes itens abaixo: kit completo -pronga 100% silicone -unidades de Protetor de Septo -tamanhos de prongas 03 -cubos de espuma -conexões universais -conexão para selo d'água -produto 100% nacional -livre de látex -traqueia 120 cm p/ umidificador aquecido -conector em cotovelo para conexão da traqueia do ramo inspiratório -conector com cotovelo duplo, para conexão da traqueia do ramo expiratório e da linha de pressão -touca em malha	kit	20

5. PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA

Prazo: O prazo da entrega será fixado em até 30 (trinta) dias a contar do recebimento da nota do empenho.

Local: Os equipamentos e materiais devem ser entregue no almoxarifado do HMS, de segunda a sexta feira, no horário das 08hs às 16hs, situado na Avenida presidente vargas, nº 1539, bairro Santa Clara, cep 68005-110, município de Santarém – Pará.

Condições da Entrega: O recebimento dos materiais dar-se á da seguinte forma:

- Será entregue no Serviço de Almoxarifado do Hospital Municipal de Santarém, na presença do supervisor de Fisioterapia, da gerente ou supervisor do setor da obstetrícia, da gerencia do setor de engenharia, e gerencia do setor de almoxarifado do HMS e/ou substituto legal, e/ou da Gerencia do Hospital Municipal de Santarém, os quais rejeitarão, no todo ou em parte, os materiais que estiverem em desacordo com este instrumento, ou, apresentarem vícios, defeitos ou incorreções em um prazo de 30 (trinta) dias;
- Os materiais deverão estar acompanhados do original da proposta, nota fiscal e recibo em três (03) vias, para conferência;
- O Servidor responsável pelo HMS anotarà em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

- d- Encontrando irregularidades, o servidor responsável, no mesmo período de tempo estabelecido no item "a", fixará prazo para o fornecedor promover as correções necessárias, sob pena de serem os materiais rejeitados e devolvidos ao fornecedor, no estado em que se encontrarem;
- e- Na hipótese de irregularidades em relação aos materiais fornecidos, a Administração somente os receberá em caráter definitivo mediante Termo Circunstanciado, após as correções promovidas pelo fornecedor e após reanálise realizada pela Administração, por intermédio do Servidor responsável;
- f- Ainda que o material seja recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a responsabilidade do fornecedor pela validade, qualidade e segurança do mesmo.

6. OBSERVAÇÕES GERAIS

- 1- A garantia será de no mínimo 12 (doze) meses após a entrega dos produtos.

Santarém, 25 de fevereiro de 2025

Domingos Corrêa Junior
Supervisor Técnico de Fisioterapia
HMS/PSM
CREFITO: 302775.1.F

Domingos Corrêa Junior
Supervisor Técnico de Fisioterapia – HMS/PSM