



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Secretaria Municipal de Saúde – Núcleo Técnico de Vigilância em Saúde

Av. Moaçara, nº. 735 – Floresta – CEP: 68025-740 – Santarém/Pará

CERTIDÃO

Aquisição de Câmaras de Frio para Armazenamento de Imunobiológicos

CONSIDERANDO a solicitação de abertura de processo administrativo visando à aquisição de 02 (duas) Câmaras de Frio para armazenamento de imunobiológicos, destinadas ao atendimento das necessidades da Rede de Frio da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém, sob a responsabilidade do Núcleo Técnico de Vigilância em Saúde – NTVS, por meio de contratação direta, na modalidade Dispensa de Licitação, nos termos do art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021;

CONSIDERANDO o Documento de Formalização da Demanda, a justificativa técnica, o Estudo Técnico Preliminar, o Mapa de Risco, bem como os demais artefatos de planejamento que fundamentam a necessidade da referida aquisição;

CONSIDERANDO que o NTVS é responsável pela coordenação, gestão e monitoramento das ações de Vigilância em Saúde no Município, incluindo a gestão da Rede de Frio, essencial para o adequado armazenamento, conservação, segurança e eficácia de vacinas, soros, imunoglobulinas e demais imunobiológicos utilizados nas ações de imunização humana;

CONSIDERANDO que o correto armazenamento dos imunobiológicos em condições controladas de temperatura constitui requisito indispensável para a manutenção da cadeia de frio, conforme normas técnicas do Ministério da Saúde e do Programa Nacional de Imunizações – PNI, prevenindo perdas, desperdícios e riscos à saúde pública;

CONSIDERANDO a necessidade de ampliação e adequação da capacidade de armazenamento refrigerado, em razão do volume de imunobiológicos recebidos, das campanhas periódicas de vacinação e das ações contínuas desenvolvidas no âmbito municipal, inclusive em áreas urbanas, rurais e ribeirinhas;

CONSIDERANDO que a inexistência ou insuficiência de equipamentos adequados pode comprometer a integridade dos imunobiológicos, afetando diretamente a continuidade das ações de imunização e a qualidade dos serviços prestados à população;

CONSIDERANDO que, para estimar os valores e assegurar a economicidade e a viabilidade da contratação direta, foram realizadas pesquisas de preços junto a fornecedores especializados, bem como consultas ao Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, disponível em <https://pncp.gov.br>, conforme demonstrado no Mapa de Composição de Custos e demais documentos que integram o processo;

CONSIDERANDO que, durante a realização das pesquisas de preços, foi constatada significativa variação entre os valores apresentados pelos fornecedores consultados, evidenciando disparidade nos preços praticados no mercado, razão pela qual, em observância aos princípios da economicidade, da eficiência e da vantajosidade da



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Secretaria Municipal de Saúde – Núcleo Técnico de Vigilância em Saúde

Av. Moaçara, nº. 735 – Floresta – CEP: 68025-740 – Santarém/Pará

contratação, adotou-se como parâmetro de referência o menor preço obtido, conforme informações extraídas do SIGEM;

Neste sentido, com fundamento no artigo 23 e no artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, **CERTIFICO** a realização das pesquisas de preços destinadas à composição dos valores referenciais que subsidiarão a contratação direta, por dispensa de licitação, para a aquisição de 02 (duas) Câmaras de Frio para armazenamento de imunobiológicos, conforme as especificações técnicas e quantitativos estimados constantes no Termo de Referência.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

Santarém, 06 de fevereiro de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA CLEIDE SARRAZIN SANTOS
Data: 14/05/2026 11:56:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANA CLIDE SARRAZIN SANTOS
Chefe da Divisão Especializada de Epidemiologia
Decreto Nº 856/2025 – GAP/PMS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Secretaria Municipal de Saúde – Núcleo Técnico de Vigilância em Saúde

Av. Moaçara, nº. 735 – Floresta – CEP: 68025-740 – Santarém/Pará

MAPA DE PREÇOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada para **AQUISIÇÃO 02 (DUAS) CÂMARAS DE FRIO PARA ARMAZENAMENTO DE IMUNOBIOLÓGICOS** para atender as necessidades da Rede de Frio do Núcleo Técnico de Vigilância em Saúde - NTVS.

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde – Município de Santarém (PA)

ITEM	Descrição	PARÂMETRO 1	PARÂMETRO 2	PARÂMETRO 3	PARÂMETRO 4	MÉDIA	VL TOTAL
		Valor Unitário	Valor Unitário	Valor Unitário	Valor Unitário		
02	AQUISIÇÃO 02 (DUAS) CÂMARAS DE FRIO PARA ARMAZENAMENTO DE IMUNOBIOLÓGICOS	R\$601.428,60	R\$16.186,00	R\$17.300,00	R\$55.000,00	R\$172.478,65	R\$689.914,60

PARÂMETRO 1: PNCP: Prefeitura Municipal Porto Seguro – BA-<https://pncp.gov.br/app/editais/13635016000112/2026/40>

PARÂMETRO 2: SIGEM: Ministério da Saúde – MS-<https://consultafns.saude.gov.br/#/equipamento/2026/2460/0/0/detalhar-equipamento>

PARÂMETRO 3: EMPRESA: ELBER MEDICAL-<http://www.elberespeciais.ind.br>

PARÂMETRO 4: Virtual Saúde-<http://www.indrel.com.br>

Santarém – PA, 09 de fevereiro de 2026.

Ana Cleide Sarrazin Santos

Chefe Do Núcleo Técnico de Vigilância em Saúde
Decreto Nº 856/2025 – GAP/PMS

Wilmar Gomes Freire Filho

Chefe Do Núcleo Técnico de Vigilância em Saúde
Decreto Nº 848/2025 – GAP/PMS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Secretaria Municipal de Saúde – Núcleo Técnico de Vigilância em Saúde

Av. Moaçara, nº. 735 – Floresta – CEP: 68025-740 – Santarém/Pará



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Secretaria Municipal de Saúde – Núcleo Técnico de Vigilância em Saúde

Av. Moaçara, nº. 735 – Floresta – CEP: 68025-740 – Santarém/Pará

COTAÇÃO DE PREÇOS

Assunto: Cotação de Preços para CONTRATAÇÃO DIRETA para aquisição de DUAS CAMARAS DE FRIO.

Referência: Contratação de empresa especializada para o **FORNECIMENTO DE CÂMARAS DE FRIO** para atender as necessidades do Núcleo Técnico de Vigilância em Saúde - NTVS.

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde – Município de Santarém (PA)

Descrição	Fonte	Localização	Valor Unitário	Valor Total
Aquisição de Câmaras de Frio	PNCP: Prefeitura Municipal Porto Seguro - BA	https://pncp.gov.br/app/edital/13635016000112/2026/40	R\$601.428,60	R\$601.428,60
	SIGEM Ministério da Saúde - MS	https://consultafns.saude.gov.br/#/equipamento/2026/2460/0/0/detalhar-equipamento	R\$16.186,00	R\$16.186,00
	Elber Medical	http://www.elberespeciais.ind.br	R\$17.300,00	R\$34.400,00
	Indrel Scientific	http://www.indrel.com.br	R\$55.000,00	R\$110.000,00

OBS: o valor a ser utilizado como referência para a estimativa de custo na modalidade de CONTRATAÇÃO DIRETA, ficou no **VALOR DE R\$16.186,00**, conforme previsto no art. 75, inciso II da Lei nº14.133/2021, considerando que o montante final da compra não irá ultrapassar o limite legal para a dispensa de licitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Secretaria Municipal de Saúde – Núcleo Técnico de Vigilância em Saúde

Av. Moaçara, nº. 735 – Floresta – CEP: 68025-740 – Santarém/Pará

ANEXO: Prefeitura Municipal Porto Seguro - BA

The image shows two screenshots of the PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) website. The top screenshot displays the main details of a contract, and the bottom screenshot shows the details for a specific item.

Portal Nacional de Contratações Públicas

Acessar Contratação

Local: Porto Seguro/BA **Órgão:** MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO **Unidade compradora:** 1952 - MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO/BA

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital **Modo de disputa:** Aberto

Registro de preço: Sim **Fonte orçamentária:** Não informada

Data de divulgação no PNCP: 06/02/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 06/02/2026 11:30 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 26/02/2026 09:30 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 13635016000112-1-000038/2026 **Fonte:** Licitanet Licitações Eletrônicas LTDA

Objeto:
ILICITANET] - FORNECIMENTO DE CÂMARAS REFRIGERADORAS, CÂMARA FRIA E FREEZER

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

Item nº 1

Descrição: FORNECIMENTO DE CÂMARAS REFRIGERADORAS, CÂMARA FRIA E FREEZER

Critério de julgamento: Menor preço **Situação:** Em andamento **Tipo:** Material **Categoria do item de leilão:** Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não **Benefício:** Não se aplica **Margem de preferência normal:** Não **Margem de preferência adicional:** Não

Exigência de conteúdo nacional (CIA-PAC): Não

Quantidade: 1 **Unidade de medida:** UN **Valor unitário estimado:** R\$ 601.428,60 **Valor total estimado:** R\$ 601.428,60

RESULTADO(S)

Este item não possui resultado (fornecedor selecionado)

Retornar

<https://pncp.gov.br/app/editais/13635016000112/2026/40>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Secretaria Municipal de Saúde – Núcleo Técnico de Vigilância em Saúde

Av. Moaçara, nº. 735 – Floresta – CEP: 68025-740 – Santarém/Pará

ANEXO: SIGEM

Caixa de entrada (21 não lido) Portal Nacional de Contrataç Portal Nacional de Contrataç Portal Nacional de Contrataç Portal Nacional de Contrataç FNS - Fundo Nacional de Sa

consultafns.saude.gov.br/#/equipamento/2026/2460/0/0/detalhar-equipamento

Novo Chrome disponível

Apps ChatGPT Português SOGO Groupware Processo PE-006-20...

Todos os favoritos

Nomenclatura	Item
Câmara para Conservação de Hemoderivados / Imuno/ Termolábeis	2460

Sinônimos
Refrigerador para Conservação de Sangue, Câmara de Conservação de Sangue, Câmara para Conservação de Vacinas, Câmara de Vacinas

Classificação
Apoio

Definição e Aplicação
Câmara fria, para armazenamento e conservação de sangue ou de vacinas ou outros materiais laboratoriais termolábeis.

A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis.

[Ver Especificação Sugerida 1](#)

[Imprimir Ficha](#)

Preço Sugerido
R\$ 16.186,00

Equipamento vertical para armazenamento de bolsa de sangue, hemoderivados com capacidade interna de no mínimo 120 L. Deve possuir câmara interna construída em aço inoxidável com no mínimo duas gavetas em aço inoxidável. Porta, no mínimo, vidro triplo com sistema de anti-embacamento. Isolamento térmico de no mínimo 70 mm nas paredes em poliuretano livre de CFC. Painel localizado na parte superior frontal em LCD. Deverá manter painel único de comando com memória interna de eventos e desempenho de temperatura para exportação de dados criptografados. Refrigeração por compressor hermético. Estabilidade e recuperação rápida de temperatura, após abertura da porta. Sistema com degelo automático sem interrupção ou perda de temperatura, com evaporação do condensado. Faixa de trabalho de 2° C a 6° C. Sistema de alarme sonoro e visual para no mínimo falta de energia elétrica, temperatura fora da faixa, falha de sensor de temperatura e porta aberta. Acionamento automático da iluminação interna em LED na abertura da porta. Sistema de descagem por telefone automática. Sistema de relatório exportável por pen drive. Dados criptografados com registros de eventos e desempenho das temperaturas internas da câmara. Registros de dados criptografados. Sistema de segurança acoplado ao equipamento capaz de manter o funcionamento do sistema de refrigeração e alarmes, mesmo na falta de energia elétrica, por até 48 horas. Sistema para garantir o pleno funcionamento do equipamento em casos de panes elétricas / eletrônicas do comando principal, para manutenção da ativação do equipamento a fim de conferir segurança e garantir as ações de contingências necessárias.

Windows Search File Explorer Chrome Microsoft Word

POR 08:54
PTB2 09/02/2026

Caixa de entrada (21 não lido) Portal Nacional de Contrataç Portal Nacional de Contrataç Portal Nacional de Contrataç Portal Nacional de Contrataç FNS - Fundo Nacional de Sa

consultafns.saude.gov.br/#/equipamento/2026/2460/0/0/detalhar-equipamento

Novo Chrome disponível

Apps ChatGPT Português SOGO Groupware Processo PE-006-20...

Todos os favoritos

[Ver Especificação Sugerida 1](#)

[Imprimir Ficha](#)

Preço Sugerido
R\$ 16.186,00

Equipamento vertical para armazenamento de bolsa de sangue, hemoderivados com capacidade interna de no mínimo 120 L. Deve possuir câmara interna construída em aço inoxidável com no mínimo duas gavetas em aço inoxidável. Porta, no mínimo, vidro triplo com sistema de anti-embacamento. Isolamento térmico de no mínimo 70 mm nas paredes em poliuretano livre de CFC. Painel localizado na parte superior frontal em LCD. Deverá manter painel único de comando com memória interna de eventos e desempenho de temperatura para exportação de dados criptografados. Refrigeração por compressor hermético. Estabilidade e recuperação rápida de temperatura, após abertura da porta. Sistema com degelo automático sem interrupção ou perda de temperatura, com evaporação do condensado. Faixa de trabalho de 2° C a 6° C. Sistema de alarme sonoro e visual para no mínimo falta de energia elétrica, temperatura fora da faixa, falha de sensor de temperatura e porta aberta. Acionamento automático da iluminação interna em LED na abertura da porta. Sistema de descagem por telefone automática. Sistema de relatório exportável por pen drive. Dados criptografados com registros de eventos e desempenho das temperaturas internas da câmara. Registros de dados criptografados. Sistema de segurança acoplado ao equipamento capaz de manter o funcionamento do sistema de refrigeração e alarmes, mesmo na falta de energia elétrica, por até 48 horas. Sistema para garantir o pleno funcionamento do equipamento em casos de panes elétricas / eletrônicas do comando principal, para manutenção da ativação do equipamento a fim de conferir segurança e garantir as ações de contingências necessárias.

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas

Descrever o equipamento tecnicamente, indicar material de confecção da estrutura externa e da câmara interna, temperatura de trabalho, alarmes, controles, se possui painel de comando, capacidade do equipamento e medidas aproximadas. Indicar tipo de porta (cega ou de vidro). Indicar se possui sistema de emergência.

Ambientes

Tipologias	Unidade Funcional / Unidade ou Núcleo	Ambiente
------------	---------------------------------------	----------

Windows Search File Explorer Chrome Microsoft Word

POR 08:55
PTB2 09/02/2026



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Secretaria Municipal de Saúde – Núcleo Técnico de Vigilância em Saúde

Av. Moaçara, nº. 735 – Floresta – CEP: 68025-740 – Santarém/Pará

Ambientes

Programa Estratégico / Componente

Programa Estratégico	Componente
ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE	NOVO PAC - POLICLÍNICAS

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA.	http://www.elberespeciais.ind.br	(47)35423000
INDREL IND. DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA.	http://www.indrel.com.br	(43)33785500

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: procot@saude.gov.br

<https://consultafns.saude.gov.br/#/equipamento/2026/2460/0/0/detalhar-equipamento>

ANEXO: EMPRESA ELBER MEDICAL

PROPOSTA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - ELBER MEDICAL

César Augusto Machado - Vendas4 - Elber Medical <vendas4@elbermedical.com.br>

Boa tarde,
Katia

Tudo bem?

Conforme solicitado, encaminho nossa proposta referente a sua solicitação de dispensa de licitação.

Qualquer dúvida, fico à disposição.

Att.

FIREFD Cesar Augusto Machado

Responder Encaminhar



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Secretaria Municipal de Saúde – Núcleo Técnico de Vigilância em Saúde

Av. Moaçara, nº. 735 – Floresta – CEP: 68025-740 – Santarém/Pará

PROPOSTA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0415-2026

mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgzQfBkKBRBCRkCsthWHxNqrRZRxF?projector=1&messagePartId=0.1

Caixa de entrada (1... (26) WhatsApp Prefeitura de Santarém correção sia.datasus.gov.br Cadastro Nacional d... AdaptaCidades | Re...

0415-2026 proposta cons. d... CÍPIO DE SANTAREM

Abrir com Documentos Goo...

ELBER MEDICAL


PROPOSTA COMERCIAL

C/C nº 0415/2026
MUNICÍPIO DE SANTAREM - PA

Especificações do produto:

Câmara para Conservação de Imunobiológicos, hemoderivados e termolábeis
MODELO: CSV 420 - MARCA: ELBER

- Capacidade: 420 litros úteis
- Dimensões: A: 2055mm L: 705mm P: 777mm
- Câmara interna em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia.
- Câmara externa em chapa de aço tratado quimicamente com pintura epóxi na cor branca.
- Seis prateleiras fabricadas em aço inox, com cremalheira.
- Porta de vidro dupla tipo no fog por acesso vertical.
- Puxador anatômico em material não oxidante de alta resistência.
- Fechamento automático com vedação de alta resistência e garantia de PVC em todo o perímetro, gaxeta dupla nos quatro lados.
- Isolamento térmico mínimo de 75 mm nos painéis em poluretano injetado expandido livre de CFC.



PROPOSTA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0415-2026

mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgzQfBkKBRBCRkCsthWHxNqrRZRxF?projector=1&messagePartId=0.1

Caixa de entrada (1... (26) WhatsApp Prefeitura de Santarém correção sia.datasus.gov.br Cadastro Nacional d... AdaptaCidades | Re...

0415-2026 proposta cons. d... CÍPIO DE SANTAREM

Abrir com Documentos Goo...

que permite autonomia por um período de 24 horas sem energia convencional mantendo em funcionamento todas as funções elétricas, eletrônicas, sistemas de alarmes e compressor de frio mantendo a temperatura estável e constante dentro do programado da conservadora. Baterias seladas, com carregador automático integrado ao gabinete.

- **Chave geral de alimentação:** Tipo disjuntor ligar/desliga e fusíveis de segurança (supressor de surto);
- Tensão 110/220 Volts 50/60 Hz (a definir).
- Todas as características estão em conformidades com manual técnico em Português.

QNT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
03	Conservadora modelo: CSV 420 24 Hrs de autonomia - PRATELEIRAS	R\$ 17.300,00	R\$ 51.900,00
03	Conservadora modelo: CSV 420 24 Hrs de autonomia - GAVETAS	R\$ 19.100,00	R\$ 57.300,00

Condições de Fornecimento:

Pagamento a prazo: 30 dd via empenho.

Impostos: ICMS/PIS/COFINS incluso no preço - Substituição tributária – Não incidente em SC - NCM: 84.185.90

Prazo para embarque: 85 dias.

Frete: CIF. **Pago com entrega térrea**

Validade da proposta: 30 dias

Instalação: não inclusa, pois pode ser feita pelo próprio cliente, não há necessidade de técnico especializado. Toda orientação é teleguiada. (Sob consulta instalação com Técnico presencial)

Garantia de 12 (doze) meses com assistência técnica autorizada em todo o país.

Certificado AFE ANVISA - Certificado ISO 13485 e registro na ANVISA nº 80698750001.

Nota: Produtos com monitoramento on-line poderão ter cobrança de mensalidade para uso do software a partir do segundo ano de uso.

Agrônoma (SC), 5 de fevereiro de 2026.

Cesar Augusto Machado
Elber Medical – Setor de Vendas
E-mail: vendas4@elbermedical.com.br
Contato: (47) 3542-3000 (WhatsApp)

Página 2 / 2

<https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgzQfBkKBRBCRkCsthWHxNqrRZRxF?projector=1&messagePartId=0.1>

<http://www.elberespeciais.ind.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Secretaria Municipal de Saúde – Núcleo Técnico de Vigilância em Saúde

Av. Moaçara, nº. 735 – Floresta – CEP: 68025-740 – Santarém/Pará

ANEXO: INDREL SCIENTIFIC

The screenshot shows a PDF document titled "Proposta Comercial" for INDREL Scientific. The document is for a commercial proposal (Nº 001315/2026) submitted to the Fundo Municipal de Saúde-FMS. The contact information for the client is: CNPJ: 17.058.609/0005-21, E-MAIL: VIGILANCAESP@FISIOLOGICA.STM@gmail.com, TELEFONE: (93) 31915100, RESPONSÁVEL LÍQUIDO: CIDADÊ/ESTADO: SANTARÉM/PA. The image shows various pieces of scientific equipment, including what appears to be a laboratory incubator or similar device.

The screenshot shows the summary page of the commercial proposal. The title is "Resumo da proposta". The total value of the proposal is R\$ 55.000,00. The validity of the proposal is 30 days from the date of issuance. The conditions of payment are "À VISTA". The warranty is "TOTAL DE 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICAÇÃO". The assistance is "ORBITO DA FABRICA". The shipping forecast is "45 A 60 DIAS APÓS A CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO". The freight is "CF - INCLUIDO NO ORÇAMENTO". The document also includes the contact information for the client (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS) and the supplier (INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA).

<http://www.indrel.com.br>